


iMatrix-511 試験成績書



製品名	iMatrix-511
製品 Lot No.	18A062
製造日	2017年 11月 10日
品質管理責任者	(株)ニッピ 服部 俊治 

製品含有量	175 μ g/tube
溶媒	PBS (-)

試験項目	規格値	合否	試験日
エンドトキシン試験	最終製品中のエンドトキシン量が 750EU/mg 以下であること。	合格	2018.01.29
無菌試験	局方に定める試験法に従い製品中に菌が検出されないこと。	合格	2018.02.13
マイコプラズマ試験	局方に定める PCR 法により製品中にマイコプラズマが検出されないこと。	合格	2018.02.19
純度試験	非還元条件の SDS-PAGE を CBB 染色し、測定純度 95%以上であること。	合格	2018.02.06
インテグリン結合活性	固層化法によるインテグリンとの結合活性を測定し解離定数が 10nM 以下であること。	合格	2018.02.06

Nippi, Incorporated



〒120-8601

東京都足立区千住緑町1-1-1

Tel: 03-3888-5184 Fax: 03-3888-5136