

iMatrix-511MG 試験成績書



製品名	iMatrix-511MG
製品Lot No.	MG17K058
製造日	2017年3月24日
製造元	(株) ニッピ

製品含有量	175µg/ tube
溶媒	137 mM NaCl 含有 20 mM Phosphate Buffer pH 7.0

試験項目	規格値	合否	試験日
エンドトキシン試験	最終製品中のエンドトキシン量が750EU/mg以下であること。	合格	2017.11.08
無菌試験	局方に定める試験法に従い製品中に菌が検出されないこと。	合格	2017.11.13
マイコプラズマ試験	局方に定めるPCR法により製品中にマイコプラズマが検出されないこと。	合格	2017.11.07
純度試験	非還元条件のSDS-PAGEをCBB染色し、測定純度95%以上であること。	合格	2017.11.02
インテグリン結合活性	固層化法によるインテグリンとの結合活性を測定し解離定数が10nM以下であること。	合格	2017.11.02

Nippi, Incorporated



1-1-1 Senjumidoricho, Adachi,
Tokyo 120-8601,
Japan

Telephone: 03-3888-5184 Fax: 03-3888-5136