

iMatrix-511MG 試験成績書



製品名	iMatrix-511MG
製品Lot No.	MG18B063
製造日	2018年2月9日
製造元	(株) ニッピ

製品含有量	175µg/ tube
溶媒	137 mM NaCl 含有 20 mM Phosphate Buffer pH 7.0

試験項目	規格値	合否	試験日
エンドトキシン試験	最終製品中のエンドトキシン量が 750EU/mg以下であること。	合格	2018.08.17
無菌試験	局方に定める試験法に従い製品中に 菌が検出されないこと。	合格	2018.08.31
マイコプラズマ試験	局方に定めるPCR法により製品中に マイコプラズマが検出されないこと。	合格	2018.08.23
純度試験	非還元条件のSDS-PAGEをCBB染色し、 測定純度95%以上であること。	合格	2018.08.17
インテグリン結合活性	固層化法によるインテグリンとの結合活性を測定し 解離定数が10nM以下であること。	合格	2018.08.29

Nippi, Incorporated



〒120-8601

東京都足立区千住緑町1-1-1

Tel: 03-3888-5184 Fax: 03-3888-5136