

Quick iMatrix-511silk 試験成績書



製品名	Quick iMatrix-511silk
製品 Lot No.	#SQ17M003
製造日	2017年 12月 15日
品質管理責任者	(株)ニッピ 服部 俊治



iMatrix-511silk Lot. No.	#S17B003
Plate Lot. No.	#140685(Thermo)

	規格値	合否	試験日
無菌試験	規定量の培地を加え 37℃で一定期間保温し、菌が検出されないこと。	合格	2017.12.26
インテグリン結合活性	ELISA 法によるインテグリンとの結合活性を測定し、対照との活性比が 80%以上であること。	合格	2017.12.28

Nippi, Incorporated



1-1-1 Senju Midoricho, Adachi,  
Tokyo 120-8601, Japan

Telephone: +81-3-3888-5184 Fax: +81-3-3888-5136