

iMatrix-511 silk 試験成績書



製品名	iMatrix-511 silk
製品 Lot No.	S17B003
製造日	2017年 9月 27日
品質管理責任者	(株)ニッピ 服部 俊治



製品含有量	175 μ g/tube
溶媒	PBS (-)

試験項目	規格値	合否	試験日
エンドトキシン試験	最終製品中のエンドトキシン量が 750EU/mg 以下であること。	合格	2017.10.06
無菌試験	局方に定める試験法に従い製品中に菌が検出されないこと。	合格	2017.10.12
マイコプラズマ試験	局方に定める PCR 法により製品中にマイコプラズマが検出されないこと。	合格	2017.02.27
純度試験	非還元条件の SDS-PAGE を CBB 染色し、測定純度 95%以上であること。	合格	2017.10.12
インテグリン結合活性	固層化法によるインテグリンとの結合活性を測定し解離定数が 10nM 以下であること。	合格	2017.09.28

Nippi, Incorporated



1-1-1 Senjumidoricho, Adachi,
Tokyo 120-8601,
Japan

Telephone: +81-3-3888-5184 Fax: +81-3-3888-5136